

Rapport ESSENTIAL CHECK

Mastercycler



N° Dossier : WO00493406

Société : IRD

Service :

Contact : LUC ABATE

APPAREIL VERIFIE

Marque : Eppendorf

n° de série : 6325ZJ504705

n° Interne :

Modèle : Mastercycler pro

Emplacement :

VALIDATION METROLOGIQUE

Conditions de vérification

Mode opératoire :

Ecart de température maximum toléré :

6 points du bloc sont contrôlés à 95°C et 35°C

à 95°C : ±1,3°C

Spécifications Eppendorf

à 35°C : ±0,9°C

Chaîne de température utilisée : Testo 480 n°552 avec Sonde n°552-1

Date de l'étalonnage : 01/02/2022

Date de validité : 01/03/2023

Résultats de vérification

Température de consigne	Position sur le bloc	Température consigne (Tc)	Température mesurée (Tm)*	Erreur de justesse (Tm* - Tc)	Conformité
95°C	C10	95,00	95,08	0,08	Conforme
	G11	95,00	94,49	-0,51	Conforme
	C6	95,00	94,52	-0,48	Conforme
	F7	95,00	94,63	-0,37	Conforme
	B2	95,00	94,21	-0,79	Conforme
	F3	95,00	94,78	-0,22	Conforme
35°C	C10	35,00	34,50	-0,50	Conforme
	G11	35,00	34,38	-0,62	Conforme
	C6	35,00	34,72	-0,28	Conforme
	F7	35,00	34,62	-0,38	Conforme
	B2	35,00	34,75	-0,25	Conforme
	F3	35,00	34,47	-0,53	Conforme

* les valeurs de Tm intègrent la correction de nos instruments de mesures

Observation :

Les mesures de paramètres sont réalisées avec des instruments raccordés COFRAC (documents disponibles sur demande)

L'appareil est : **Conforme**

Prochain contrôle à prévoir avant : octobre-23

Date : 5 octobre 2022

Intervenant : Lionel Goncalves

Visa Intervenant :

Pour nous contacter
Eppendorf France - Division epServices
2, rue du château d'eau
78360 Montesson

Tél : +33 (0)1 30 15 67 40
epservices@eppendorf.fr
www.eppendorf.fr/epServices

Mastercycler 5345021503.xlsx