

Rapport d'Intervention

Ordre de Service n°:
8000158392

N°: PBA110121174702

Information Client:

Nom: MIVEGEC CNRS UMR 5290 IRD UR 224 UM

Adresse: AVENUE AGROPOLIS 911

Lieu: 34090-MONTPELLIER

Département: MIVEGEC

Contact: Bethsabée SCHEID

Téléphone: 04 67 41 63 96

E-Mail: bethsabee.scheid@ird.fr

**Référence client: 0226L026660 KORUS
 UMR5290**

Informations

Date: 11/01/2021

**Identification de la panne: HPP750 W815.0084
 REMPLACEMENT KIT POIGNEE**

- Sous Garantie Maint. Prév.
 Installation Calibration
 Maint.Cur. Qualification
 Autres

Références de service & pièces détachées

Type	Service:	Libellé:	Qté:
B	SERVHEAT1WHFIELD	HEURES MAIN D'OEUVRE SUR SITE	2
K1	SERVTRAVEL1	DÉPLACEMENT ZONE 1	1
Gar	Pièces détachées:	Libellé:	Qté:
B	MEMMB29950	VERRIEGELUNGSMECHANIK	1

Type/Modèle	No. de série
ENCEINTE HPP750	MEMMW815.0084

Notes:

DEPLACEMENT SUR SITE
 DEMONTAGE DE LA POIGNEE
 REMPLACEMENT DES DEUX VERROUILLAGES
 APPAREIL FONCTIONNEL

Nom du client	Nom du technicien
Marie Rossignol	Philippe Barbizet
Signature du client	Signature du technicien
	